

疫苗接种点设备采购需求

医用冰箱性能要求

1、尺寸要求：

医用冰箱约 50L 尺寸要求 $\leq 400*450*1000\text{mm}$;

医用冰箱约 300L 尺寸要求 $\leq 600*630*2000\text{mm}$;

医用冰箱约 800L 尺寸要求： $\leq 1250*630*2000\text{mm}$ ；双开门设计。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低，低能耗。

立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀，稳定均匀性 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

3、工作电压范围 190V~230V 范围内正常使用

4、微电脑控制器，多路传感器，精确控制温湿度，数码管显示；密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围 $2-8^{\circ}\text{C}$ ，温度感应精度 0.1°C ，湿度可控范围 35-75%，湿度感应精度 1%。

5、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带 USB 接口，数据可通过箱体的 USB 接口导出保存。

6、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

7、除湿功能蒸发器，管道采永远不会生锈。蒸发器配置加热丝

8、双层中空玻璃门，配有安全门锁。

9、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

10、公司资质有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、质量管理体系 ISO9001 认证证书、医疗器械质量管理体系 13485 认证证书、强制性产品认证 CCC 证书、欧盟认证 CE 证书、专利证书等。

器械柜性能要求

1、尺寸要求：面宽 $85-95 \times 40 \times$ 高度 $175-180\text{cm}$;

2025-6-25
6.25
6.25

2、材质要求：430 材质；

3、上下双开门设计。

治疗车性能要

1、尺寸要求：宽度 1350-1400*面宽 450*高度 850

2、材质要求：不锈钢

3、扇形结构

郭晓英

刘利